



**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA PROCURADORIA**

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
DISTRITO FEDERAL**

URGENTE/COVID19

Representação nº 51/2020 – G2P

O Ministério Público que atua junto a esse Tribunal, no desempenho de sua missão institucional de defender a ordem jurídica, o regime democrático, a guarda da Lei e fiscalizar sua execução, no âmbito das contas do Distrito Federal, fundamentado no texto do artigo 85 da Lei Orgânica do Distrito Federal - LODF; dos artigos 1º, inciso XIV e § 3º, e 76 da Lei Complementar 1/1994 - LOTCDF; e do artigo 99, inciso I, da Resolução 38/1990 - RITCDF, vem oferecer a seguinte

Representação

Chegou ao MPC/DF denúncia acerca de exigências possivelmente restritivas constantes em editais para aquisição de máscaras pelo GDF e/ou desnecessárias, em virtude de não existirem essas especificações em normas técnicas a respeito¹.

De acordo com a denúncia, alguns editais para aquisição de MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS, no DF, conteriam exigência nos seguintes termos:

Aplicação: proteção de vias aéreas, para uso em serviços de saúde.
Composição: Máscara em tecido não tecido (TNT) a base de polipropileno, em três camadas, com **elemento filtrante e eficiência superior a 95% para partículas de 3,2µm**, clipe nasal embutido não perfurante, sem memória, com tiras ajustáveis de amarrar. Tamanho: mínimo 17cmx17cm aberta. Processo de esterilização: não estéril.
Forma de apresentação: Unidade (UN)

Ainda de acordo com a denúncia, esta partícula de 3,2µm não estaria na norma e seria muito específica.

¹ Ofício 313/2020-SES/SUAG contém convocação de empresas para participar da Dispensa de Licitação para aquisição de diversos itens, entre eles MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS.



**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA PROCURADORIA**

Consultando a norma citada, ABNT NBR 15052, que trata de “Artigos de não tecido de uso odonto-médico hospitalar - Máscaras cirúrgicas – Requisitos”, verifica-se, com relação a filtragem:

4.3.2 Performance

4.3.2.1 Eficiência de filtragem de partículas (EFP)

Quando ensaiada de acordo com o anexo A, a eficiência de filtragem de partículas da máscara cirúrgica assim se apresenta:

$EFP\% \geq 98\% \Rightarrow$ Aprovada

$EFP\% < 98\% \Rightarrow$ Rejeitada

4.3.2.2 Eficiência de filtragem bacteriana (BFE)

Quando ensaiada de acordo com o anexo B, a eficiência de filtragem bacteriana da máscara cirúrgica assim se apresenta:

$BFE\% \geq 95\% \Rightarrow$ Aprovada

$BFE\% < 95\% \Rightarrow$ Rejeitada

Ou seja, não há exigência acerca das dimensões das partículas a serem filtradas.

De fato, segundo a ANVISA,

A finalidade principal da máscara cirúrgica é impedir ou dificultar a propagação de gotículas e o contágio por meio de microrganismos, tanto do profissional de saúde para o paciente, quanto do paciente para o profissional de saúde. A máscara cirúrgica é indicada para proteger o trabalhador da saúde de infecções por gotículas transmitidas a curta distância e pela projeção de sangue ou outros fluidos corpóreos que possam atingir suas vias respiratórias. O respirador N95/com filtro PFF2/P2 retém gotículas e é feito para proteger o trabalhador contra aerossóis contendo vírus, bactérias e fungos. Embora tanto a máscara cirúrgica quanto o respirador contenham um elemento filtrante, a máscara cirúrgica não protege adequadamente o profissional de microrganismos transmitidos por aerossóis porque não mantém uma vedação adequada.

Os respiradores, além de reter gotículas, protegem contra aerossóis contendo vírus, bactérias e fungos, a depender de sua classificação. Em ambiente hospitalar, para proteção contra aerossóis contendo agentes biológicos, o respirador deve ter um filtro com aprovação mínima PFF2/P2 ou N95. Respiradores com classificação PFF2 seguem as normas brasileiras ABNT/NBR 13698:2011 e ABNT/NBR 13697:2010 e a europeia e apresentam eficiência mínima de filtração



**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA PROCURADORIA**

de 94%. Já os respiradores N95 seguem a norma americana e apresentam eficiência mínima de filtração de 95%².

Diante da denúncia, buscaram-se, na página do GDF³, os editais que tratam de aquisição de máscaras cirúrgicas, de forma a identificar exigências semelhantes às da denúncia em questão.

Foram identificados 14 editais (**vide ANEXO I**), para aquisição de máscaras, em diversos órgãos do GDF. **Desses, 4 contêm exigências similares às da denúncia (itens 1, 2 e 3 - SES e 14 – Hemocentro), ou seja, apenas junto à SES/DF e Hemocentro,** não havendo essa exigência em nenhum dos outros 10 editais.

Ademais, no item “Máscara cirúrgica”, não há referência a que o produto deva atender aos requisitos da NBR 5052 nem aos da Anvisa:

13	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. Aplicação: proteção de vias aéreas, para uso em serviços de saúde. Composição: Máscara em tecido não tecido (TNT) a base de polipropileno, em três camadas, com elemento filtrante e eficiência superior a 95% para partículas de 3,2µm, clipe nasal embutido não perfurante, sem memória, com tiras ajustáveis de amarrar. Tamanho: mínimo 17cmx17cm aberta. Processo de esterilização: não estéril. Forma de apresentação: Unidade (UN)	UM	2.266.773
----	---	----	-----------

² Há muitos produtos importados entrando no mercado. Como posso saber se um respirador N95 ou PPF2 que desejo comprar para o hospital atende às normas? Ver: http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/covid-19-tudo-sobre-mascaras-faciais-de-protecao/219201/pop_up?_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_viewMode=print&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_languageId=pt_BR&fbclid=IwAR3PH5JNVI3JQa-ddrD6_ZI0sUOfGTGORXNLEBUSWprmgvEymiqxlnhPg

³ <http://www.coronavirus.df.gov.br/index.php/contratacoes/>



**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA PROCURADORIA**

As 04 (quatro) empresas selecionadas pela SES e Hemocentro são:

BELCHER FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA (PR)⁴

MULTILASER INDUSTRIAL LTDA (SP)

TECHMEDICAL IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA (MG)⁵

MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI (PR)

Vale mencionar que os preços são divergentes, também, isto é, R\$ 1,95, R\$ 3,90, R\$ 3,65 e R\$ 2,40, respectivamente, conforme as empresas acima.

O IGES/DF, por igual, fez semelhante exigência, como se vê abaixo⁶:

Processo SEI		Empresa	Valor Unitário	Quant	Valor Total
04016-00017735/2020-14	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. APLICAÇÃO: PROTEÇÃO DE VIAS AÉREAS, PARA USO EM SERVIÇOS DE SAÚDE. COMPOSIÇÃO: MÁSCARA EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) A BASE DE POLIPROPILENO, EM TRÊS CAMADAS, COM ELEMENTO FILTRANTE E EFICIÊNCIA SUPERIOR A 95% PARA PARTICULAS	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CNPJ 21.297.758/0001-03	3,00	40.000	120.000,00

⁴ Trata-se da representante no Brasil da Belcher Pharmaceuticals, uma empresa da Flórida (EUA)”: <https://anglorigon.com.br/2020/07/02/empresas-locais-venderam-mascaras-e-alcool-para-o-df/>

⁵ Representação 24/20-2GP (Processo 2174/20), em relação à empresa em destaque, tendo a Corte, atendendo à solicitação do MPC/DF, determinando à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF que se abstenha de liquidar, pagar e/ou reconhecer a dívida referente às “máscaras cirúrgicas descartáveis” fornecidas pela empresa Techmedical Importações e Comércio Ltda. no bojo do Processo n.º 00060-00105182/2020-42, no valor de R\$ 8.273.721,4, alusiva à Nota de Empenho 2020NE0426, até ulterior deliberação plenária.

⁶ <https://igesdf.org.br/relatorio-de-processos-covid/>



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA PROCURADORIA

	DE 3,2MM, CLIPE NASAL EMBUTIDO NÃO PERFURANTE, SEM MEMÓRIA, COM TIRAS AJUSTÁVEIS DE AMARRAR. TAMANHO: MÍNIMO 17CMX17CM ABERTA. PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO: NÃO ESTÉRIL.				
04016-00017735/2020-14	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. APLICAÇÃO: PROTEÇÃO DE VIAS AÉREAS, PARA USO EM SERVIÇOS DE SAÚDE. COMPOSIÇÃO: MÁSCARA EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) A BASE DE POLIPROPILENO, EM TRÊS CAMADAS, COM ELEMENTO FILTRANTE E EFICIÊNCIA SUPERIOR A 95% PARA PARTICULAS DE 3,2MM, CLIPE NASAL EMBUTIDO NÃO PERFURANTE, SEM MEMÓRIA, COM TIRAS AJUSTÁVEIS DE AMARRAR. TAMANHO: MÍNIMO 17CMX17CM ABERTA. PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO: NÃO ESTÉRIL.	DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA-ME CNPJ 14.166.0008/0001-37	4,60	30.000	138.000,00

Da mesma forma, os preços no IGESDF também são divergentes, R\$3,00 e R\$4,60.

Visando diligenciar a respeito da compra de máscaras com essas características na rede mundial de computadores, foi possível localizar, no Portal de Compras do Governo Federal⁷, a seguinte aquisição similar, **sem referência a 3,2 micrômetros:**

⁷ <https://paineldeprescos.planejamento.gov.br/relatorio-completo>



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA PROCURADORIA

Descrição

MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO:NÃO TECIDO,3 CAMADAS,PREGAS HORIZONTAIS,ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO:COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CLIP NASAL EMBUTIDO,HIPOALERGÊNICA, TIPO USO:DESCARTÁVEL

Objeto da Compra

Aquisição de Máscara cirúrgica, tipo não tecido, 3 camadas, pregas horizontais, atóxica, tip fixação 4 tiras laterais p/fixação mínimo de 30cm, características adicionais clip nasal embutido, hipoalergênica, 40g/m2 c/filtro,não estéril, não inflamável, tamanho único, tipo uso descartável

DADOS DA COMPRA	
Identificação da Compra:	00035/2020
Número do Item:	00001
Objeto da compra:	Aquisição de Máscara cirúrgica, tipo não tecido, 3 camadas, pregas horizontais, atóxica, tip fixação 4 tiras laterais p/fixação mínimo de 30cm, características adicionais clip nasal embutido, hipoalergênica, 40g/m2 c/filtro,não estéril, não inflamável, tamanho único, tipo uso descartável
Quantidade Ofertada:	10.000
Valor Proposto Unitário:	-
Valor Unitário do Item:	R\$ 0,90
Código do CATMAT:	341923
Descrição do Item:	MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO:NÃO TECIDO,3 CAMADAS,PREGAS HORIZONTAIS,ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO:COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CLIP NASAL EMBUTIDO,HIPOALERGÊNICA, TIPO USO:DESCARTÁVEL
Descrição Complementar:	MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO,3 CAMADAS,PREGAS HORIZONTAIS,ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO,HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE
Modalidade da Compra:	Dispensa de Licitação
Forma de Compra:	SISPP
Marca:	SIMILAR
Data do Resultado:	25/06/2020
DADOS DO FORNECEDOR	
Nome do Fornecedor:	FABIANA TEIXEIRA SOUZA DOMINGOS 21309821828
CNPJ/CPF:	36768940000172
Porte do Fornecedor:	Micro Empresa
DADOS DO ÓRGÃO	
Número da UASG:	110120 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA ABIN/GSI/PR



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA PROCURADORIA

Órgão:	PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Órgão Superior:	PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Ainda a respeito de máscaras, o MPC/DF teve acesso a Relatório de Informações do MPC/PR (em anexo), **obtido em cooperação institucional**, com análise da aquisição de máscaras cirúrgicas para o combate a Covid-19, em diversos municípios do estado do Paraná. Na referida peça, foi efetuado levantamento de preços praticados pelas empresas **Maringá Hospitalar Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Eireli e Belcher Farmacêutica do Brasil Ltda, também fornecedoras no DF**, para o objeto “máscaras descartáveis”.

Em relação aos preços praticados pela empresa Maringá, foi apresentado o seguinte cenário:

Município	Procedimento	Vr. Unit (R\$)	Data	Descrição
BANDEIRANTES	Dispensa 052/2020	2,00	01/06/2020	Máscara cirúrgica tripla, confeccionada em tecido 100% polipropileno, possuir no mínimo uma camada interna e uma camada externa e obrigatoriamente, um elemento filtrante. a camada externa e o elemento filtrante devem ser resistente à penetração de fluídos transportados pelo ar (repelência a fluídos), deverá cobrir adequadamente a área do nariz e da boca do usuário, possuir um clip nasal, constituído de material maleável que permita o ajuste adequado do contorno do nariz e das bochechas, elástico roliço e macio. o elemento filtrante deve possuir eficiência de filtragem de partículas (epp) maior que 98% e eficiência de filtragem bacteriológica (bfe) maior que 95%. gramatura mínima de 30m/g ² . deverá conter três pregas horizontais. produto não estéril, cor branca. caixa contendo 50 unidades. validade mínima 3 anos. possuir registro na anvisa
MARECHAL CÂNDIDO RONDON	Dispensa 072/2020	1,90	16/06/2020	Máscara cirúrgica tripla com elástico. Fabricada em não tecido 100% polipropileno. Não estéril, com tripla camada com filtro. Três pregas horizontais e clipe nasal. Deve ser soldada eletronicamente por ultrassom. Cor branca ou azul, descartável, com registro no Ministério da Saúde.
MISSAL	Pregão 066/2020	0,79	05/06/2020	Lote 17 – máscara cirúrgica descartável, tripla proteção com filtro, elástico e 3 pregas horizontais, material 100% propileno de uso individual, caixa com 100 und.
PATO BRANCO	Procedimento e empenho não encontrados			
MARIÓPOLIS	Dispensa 028/2020	1,39	24/06/2020	Máscara cirúrgica com tripla camada, clip nasal, uso hospitalar bfe 95%. Caixa com 50 und.
ITAIPULÂNDIA	Consta empenho anulado			



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA PROCURADORIA

SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	Dispensa 018/2020	1,59	19/06/2020	<p>MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA, CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO. A Máscara Cirúrgica Descartável Doctor Shop - é descartável, atóxica, isenta de fibra de vidro, não inflamável, não estéril, de uso individual, feita em polipropileno não tecido, produzida no Brasil com Classificação de Risco I (baixo risco). Destinado a exames e procedimentos gerais, para a proteção de barreira em pacientes e profissionais de saúde ou outras áreas, utilizada para o conforto e higiene das vias respiratórias em trabalhos que <i>não requeiram barreiras filtrantes</i>, de uso único, individual, sendo proibido reprocessar e obrigatório descarte após o uso. Fabricada seguindo todos os requisitos exigidos pela RDC nº 379 de 30 de Abril de 2020; com uma camada interna e externa e um elemento filtrante, com determinação da eficiência bacteriológica cujo elemento filtrante segue as normas vigentes do produto; produto apresenta medidas de 17,5 x 9,5cm com três pregas horizontais e elástico e clipe nasal. Registro na ANVISA: 80937630026 MARCA: DOCTOR SHOP Entrega em caixas de 50 unidades.</p>
-----------------------------	-------------------	------	------------	---

Em relação aos preços praticados pela empresa Belcher, foi apresentado o seguinte cenário:

Município	Procedimento	Vr. Unit. (R\$)	Data	Descrição
BOCAIÚVA DO SUL	Sem identificação	2,25	29/05/2020	Máscara TNT cirúrgica tripla, tipo descartável, com elástico, clip nasal em arame plastificado e acabamento em solda eletrônica pontilhada
FÊNIX ⁸	Dispensa 018/2020	2,95	15/05/2020	Máscara descartável SMMMS 50 GSM 100% não tecido polipropileno
CORONEL SOARES DOMINGOS	Dispensa 011/2020	2,25	03/06/2020	Máscaras cirúrgicas

Importante destacar que nas contratações do estado do Paraná, não foram constatadas as exigências de dimensões das partículas a serem filtradas: 3,2 micrômetros.

A esse respeito, ainda, o MPT e o MPC/DF diligenciaram junto ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), cuja resposta segue em anexo, e, pela sua relevância, deve ser transcrita, no essencial:

⁸ No processo da prefeitura municipal de Fênix, consta, na documentação enviada pela empresa BELCHER, Ficha Técnica da máscara que pretende entregar, onde foi juntado laudo técnico de um **laboratório dos EUA**, que afirma que a máscara filtraria partículas de $3,0 \pm 0,3 \mu\text{m}$.



**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA PROCURADORIA**

1) Há respaldo técnico em norma para a aquisição de máscara cirúrgica, contendo elemento filtrante e eficiência superior a 95% para partículas de 3,2µm?

Não (...)

2) Um edital que contenha a previsão acima atenderia as normas existentes?

Não (...)

3) É considerado inadequado um edital que preveja o seguinte:

(...) Ponderando que a norma que regulamenta este tipo de material determina que a eficiência de filtração deve ser $\geq 98\%$ utilizando-se partículas de 0,1 µm, **considera-se um edital com a referida especificação inadequado**".

Posto isso, considerando a presença de indícios de irregular exigência e divergência de preços, o MPC/DF Representa à Corte, para que se digne instaurar procedimento fiscalizatório a respeito dos fatos.

Saliente-se que, apenas com os 04 (quatro) editais e contratos celebrados, chega-se à quantia de R\$ 15.445.406,10 (quinze milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e seis reais e dez centavos).

Por fim, **o MPC/DF rende homenagens ao MPC/PR, MPT e ao IPT, pela presteza e cooperação de todos**, trazendo ao MPC/DF todas as informações necessárias, em tempo célere, para conclusão desta Representação.

Brasília, 24 de julho de 2020.

CLÁUDIA FERNANDA DE OLIVEIRA PEREIRA

Procuradora



**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA PROCURADORIA**

ANEXO I

Item	Contratação GDF	Descrição no edital																
1	<p>Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE Instrumento Contratual: NOTA DE EMPENHO 2020NE05162 - Processo: 00060-00194015/2020-68 Contratado: BELCHER FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA CNPJ 14.146.456/0001-79 Objeto: AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, PARA O COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DO COVID19, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE SES/DF. Quantidade: 2.598.939 Valor Unitário: R\$ 1,95 Valor Total: R\$ 5.067.931,05 Celebração: 22.06.2020 Vigência: 10 dias Fonte: 138018816</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>CÓDIGO-IES</th> <th>CÓDIGO-98</th> <th>CMV</th> <th>MARGEM DE SEGURANÇA %</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>UN</th> <th>DESCRIÇÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>91574</td> <td>421795</td> <td>288.771</td> <td>866,818</td> <td>2.598.939</td> <td>UN</td> <td>MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. Aplicação em serviço de saúde. Composição: Mist. base de polipropileno, em todo cenário, cu superior a 95% para partículas de 3,2µm, clip sem memória, com três ajustes de amarr aberta. Processo de esterilização: não ester. (UM)</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	CÓDIGO-IES	CÓDIGO-98	CMV	MARGEM DE SEGURANÇA %	QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO	1	91574	421795	288.771	866,818	2.598.939	UN	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. Aplicação em serviço de saúde. Composição: Mist. base de polipropileno, em todo cenário, cu superior a 95% para partículas de 3,2µm, clip sem memória, com três ajustes de amarr aberta. Processo de esterilização: não ester. (UM)
ITEM	CÓDIGO-IES	CÓDIGO-98	CMV	MARGEM DE SEGURANÇA %	QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO											
1	91574	421795	288.771	866,818	2.598.939	UN	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. Aplicação em serviço de saúde. Composição: Mist. base de polipropileno, em todo cenário, cu superior a 95% para partículas de 3,2µm, clip sem memória, com três ajustes de amarr aberta. Processo de esterilização: não ester. (UM)											
2	<p>Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE Instrumento Contratual: NOTA DE EMPENHO 2020NE04265, 2020NE04345. Processo: 00060-0000105182/2020-42 Contratado: MULTILASER INDUSTRIAL LTDA CNPJ 59.717.553/0006-17 Objeto: AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA O COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DO COVID19, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE SES/DF. ITEM 1: MACACÃO PARA PULVERIZAÇÃO. ITEM 3: SAPATILHA DESCARTÁVEL ITEM 4: MACACÃO PROTETOR PARA QUIMIOTERAPIA ITEM 7: MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PFF2 ITEM 8: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. Quantidade: ITEM 1: 24.750 ITEM 3: 112.760 ITEM 4: 1.566 ITEM 7: 27.518 ITEM 8: 500.000 Valor Unitário: ITEM 1: R\$ 74,35 ITEM 3: R\$ 0,68 ITEM 4: R\$ 74,35 ITEM 7: R\$ 16,30 ITEM 8: R\$ 3,90 Valor Total: ITEM 1: R\$ 1.840.162,50 ITEM 3: R\$ 76.676,80 ITEM 4: R\$ 116.432,10</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>8</td> <td>91574</td> <td>321795</td> <td>251.864</td> <td>755.592</td> <td>2.266.773</td> <td>UM</td> <td>MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. Máscara em tecido não tecido (TNT) a b 95% para partículas de 3,2µm, clipe nasal mínimo 1,7cmx1,7cm aberta. Processo de</td> </tr> </tbody> </table>	8	91574	321795	251.864	755.592	2.266.773	UM	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. Máscara em tecido não tecido (TNT) a b 95% para partículas de 3,2µm, clipe nasal mínimo 1,7cmx1,7cm aberta. Processo de								
8	91574	321795	251.864	755.592	2.266.773	UM	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. Máscara em tecido não tecido (TNT) a b 95% para partículas de 3,2µm, clipe nasal mínimo 1,7cmx1,7cm aberta. Processo de											



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA PROCURADORIA

	ITEM 7: R\$ 448.543,40 ITEM 8: R\$ 1.950.000,00 Celebração: 20/05/2020 Vigência: 10 dias. Fonte: 138018816									
3	Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE Instrumento Contratual: NOTA DE EMPENHO 2020NE04261 - PROJETO BÁSICO - MAPA DE PREÇOS - PLANILHA CONSOLIDADA Processo: 00060-0000105182/2020-42 Contratado: TECHMEDICAL IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA CNPJ 00.764.257/0001-10 Objeto: AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, PARA O COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DO COVID19, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE SES/DF. ITEM 8: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. Quantidade: 2.266.773 Valor Unitário: R\$ 3,65 Valor Total: R\$ 8.273.721,45 Celebração: 20/05/2020 Vigência: 10 dias. Fonte: 138018816	<table border="1"><tr><td>II</td><td>81576</td><td>321795</td><td>251.064</td><td>759.592</td><td>2.266.773</td><td>UM</td><td>MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL Máscara em tecido não tecido (TNT) 95% para partículas de 3,2µm, clip e resmiro 17cmx17cm aberta. Processo</td></tr></table>	II	81576	321795	251.064	759.592	2.266.773	UM	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL Máscara em tecido não tecido (TNT) 95% para partículas de 3,2µm, clip e resmiro 17cmx17cm aberta. Processo
II	81576	321795	251.064	759.592	2.266.773	UM	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL Máscara em tecido não tecido (TNT) 95% para partículas de 3,2µm, clip e resmiro 17cmx17cm aberta. Processo			
4	Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA Instrumento Contratual: NOTA DE EMPENHO 2020NE00755 - PROJETO BÁSICO - MAPA DE PREÇOS Processo: 00050-00022300/2020-15 Contratado: JEB COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI CNPJ 33.486.276/0001-80 Objeto: Máscaras descartáveis, tipo N95/PFF2, e álcool etílico hidratado. Quantidade: Item 1: 4.000 (quatro mil) unidades de máscaras descartável, com proteção respiratória semi facial filtrante, tipo PFF 2 Item 2: 6.000 (seis mil) unidades de álcool etílico líquido hidratado, com teor alcoólico de 70%, em frascos de 1l Valor Unitário: Item 1: R\$ 14,20 Item 2: R\$ 4,19 Valor Total: R\$ 81.940,00 Celebração: 03/06/2020 Vigência: Não se aplica - Materiais para entrega imediata. Fonte: 100	4.1.1. Máscara descartável, com proteção respiratória semi facial filtrante, tipo n95/PFF 2, composta por três camadas, com elemento filtrante, composto por microfibras de polipropileno tratadas eletrostaticamente com a finalidade de retenção de partículas. A máscara deverá ser ajustável. Com clipe nasal. Eficiência mínima: 94%. 4.1.1.1. Quantidade: 4.000 (quatro mil) unidades.								



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA PROCURADORIA

<p>5</p> <p>Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA Instrumento Contratual: CONTRATO Nº 41005/2020 - SEEC - PROJETO BÁSICO - MAPA DE PREÇOS Processo: 00040-00012519/2020-43 Contratado: MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI CNPJ 07.396.733/0001-36 Objeto: MÁSCARA CIRÚRGICA, EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO), 3 CAMADAS, COM PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, COM CLIPE NASAL, NÃO ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICA, DESCARTÁVEL, TAMANHO ÚNICO. FORNECIMENTO: CAIXA COM 50 UNIDADES Quantidade: 2.053 caixas Unidade de medida: Caixa com 50 unidades Valor Unitário: R\$ 120,00 Valor Total: R\$ 246.360,00 Celebração: 20/05/2020 Vigência: O contrato vigorará por 06 meses Fonte: 100</p>	<table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIÇÃO</th><th>UNIDADE DE MEDIDA</th><th>QUANTIDADE</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>MÁSCARA CIRÚRGICA, em TNT (tecido não tecido), 3 camadas, com pregas horizontais, atóxica, fixação com elástico, com clipe nasal, não estéril, hipocelular, descartável, tamanho único. Forneimento: caixa com 50 unidades.</td><td>Caixa</td><td>1.053</td></tr></tbody></table>	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	1	MÁSCARA CIRÚRGICA, em TNT (tecido não tecido), 3 camadas, com pregas horizontais, atóxica, fixação com elástico, com clipe nasal, não estéril, hipocelular, descartável, tamanho único. Forneimento: caixa com 50 unidades.	Caixa	1.053
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE						
1	MÁSCARA CIRÚRGICA, em TNT (tecido não tecido), 3 camadas, com pregas horizontais, atóxica, fixação com elástico, com clipe nasal, não estéril, hipocelular, descartável, tamanho único. Forneimento: caixa com 50 unidades.	Caixa	1.053						
<p>6</p> <p>Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL Instrumento Contratual: NOTA DE EMPENHO 2020NE00386, 2020NE00387, 2020NE00388, 2020NE00389, 2020NE00461, 2020NE00464, 2020NE00467, 2020NE00472 - PROJETO BÁSICO - MAPA DE PREÇOS Processo: 00400-00020553/2020-55. Contratado: FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL – FUNAP-DF CNPJ 03.495.108/0001-90; Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL COM FULCRO NO DISPOSTO NO ARTIGO 4º DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MÁSCARAS CIRÚRGICAS, TRIPLA CAMADA COM FILTRO, ATÓXICA E APIROGÊNICA, ALÇAS ELÁSTICAS, MATERIAL CORPO: NÃO TECIDO POLIPROPILENO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, COR A ESCOLHER, TAMANHO ÚNICO. Quantidade: 104.800 unidades Valor Unitário: R\$ 1,41</p>	<table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>ESPECIFICAÇÃO</th><th>UNID</th><th>QUANT. TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>MÁSCARAS CIRÚRGICAS, tripla camada com filtro, atóxica e apirogênica, alças elásticas, material corpo: não tecido polipropileno, tipo uso: descartável, cor a escolher, tamanho único.</td><td>UN</td><td>104800</td></tr></tbody></table>	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT. TOTAL	1	MÁSCARAS CIRÚRGICAS, tripla camada com filtro, atóxica e apirogênica, alças elásticas, material corpo: não tecido polipropileno, tipo uso: descartável, cor a escolher, tamanho único.	UN	104800
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT. TOTAL						
1	MÁSCARAS CIRÚRGICAS, tripla camada com filtro, atóxica e apirogênica, alças elásticas, material corpo: não tecido polipropileno, tipo uso: descartável, cor a escolher, tamanho único.	UN	104800						



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA PROCURADORIA

<p>Valor Total: R\$ 147.768,00 Celebração: 08/05/2020 Vigência: 5 dias Fonte: 100</p>				
<p>7 Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL Instrumento Contratual: NOTA DE EMPENHO 2020NE00035, 2020NE00036 - PROJETO BÁSICO - MAPA DE PREÇOS Processo: 04012-00001860/2020-15 Contratado: JEB COMERCIO DE ELETRÔNICOS CNPJ 33.486.276/0001-80 Objeto: ITEM 1: LUVA DE PROCEDIMENTO, DESCRIÇÃO: CONFECCIONADA EM NITRILO, NÃO ESTÉRIL, PARA USO NÃO CIRÚRGICO, TIPO AMBIDESTRA, COM PUNHOS CURTOS, DESCARTÁVEL, COM OU SEM BAINHA, ISENTA DE PÓ ABSORVÍVEL, FINA, TAMANHO PEQUENO, COR A ESCOLHER, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 100 UNIDADES. ITEM 2: LUVA DE PROCEDIMENTO, DESCRIÇÃO: CONFECCIONADA EM NITRILO, NÃO ESTÉRIL, PARA USO NÃO CIRÚRGICO, TIPO AMBIDESTRA, COM PUNHOS CURTOS, DESCARTÁVEL, COM OU SEM BAINHA, ISENTA DE PÓ ABSORVÍVEL, FINA, TAMANHO MÉDIO, COR A ESCOLHER, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 100 UNIDADES. ITEM 3: LUVA DE PROCEDIMENTO, DESCRIÇÃO: CONFECCIONADA EM NITRILO, NÃO ESTÉRIL, PARA USO NÃO CIRÚRGICO, TIPO AMBIDESTRA, COM PUNHOS CURTOS, DESCARTÁVEL, COM OU SEM BAINHA, ISENTA DE PÓ ABSORVÍVEL, FINA, TAMANHO GRANDE, COR A ESCOLHER, UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 100 UNIDADES. ITEM 5: MÁSCARA CIRÚRGICA, EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO), 3 CAMADAS, COM PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, COM CLIPE NASAL, NÃO ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICA, DESCARTÁVEL, TAMANHO ÚNICO. FORNECIMENTO: CAIXA COM 50 UNIDADES. Quantidade: ITEM 1: 05 ITEM 2: 05 ITEM 3: 05 ITEM 5: 100</p>	<table border="1"><tr><td data-bbox="794 488 1212 555">5 MÁSCARA CIRURGICA, em TNT (tecido não tecido), 3 camadas, com pregas horizontais, atóxica, fixação com elástico, com clipe nasal, não esteril, hipovalérgica, descartável, tamanho único. Fornecimento: caixa com 50 unidades</td><td data-bbox="1212 488 1362 555">Caixa</td><td data-bbox="1362 488 1452 555">100</td></tr></table>	5 MÁSCARA CIRURGICA, em TNT (tecido não tecido), 3 camadas, com pregas horizontais, atóxica, fixação com elástico, com clipe nasal, não esteril, hipovalérgica, descartável, tamanho único. Fornecimento: caixa com 50 unidades	Caixa	100
5 MÁSCARA CIRURGICA, em TNT (tecido não tecido), 3 camadas, com pregas horizontais, atóxica, fixação com elástico, com clipe nasal, não esteril, hipovalérgica, descartável, tamanho único. Fornecimento: caixa com 50 unidades	Caixa	100		



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA PROCURADORIA

	<p>Processo: 00054-00026204/2020-33 Contratado: EJM MED SERVICE CNPJ 13.395.341/0001-55 Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS TIPO RESPIRADOR N95 (PFF2) Quantidade: 5.000 Valor Unitário: R\$ 12,67 Valor Total: R\$ 63.350,00 Celebração: 30/03/2020 Vigência: até 180 (cento e oitenta) dias corridos</p>												
<p>11</p> <p>Órgão: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – PCDF Instrumento Contratual: NOTA DE EMPENHO 2020NE000490 - PROJETO BÁSICO Processo: 00052-00006263/2020-41 Contratado: QUALIFIX COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI CNPJ 27.320.791/0001-93 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (MÁSCARAS) PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO À DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS – COVID 19, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTANTES DO PROJETO BÁSICO RESPECVO (DOC. SEI 38545702). Quantidade: Item 1: 4.000 unidades de máscara cirúrgica descartável com elástico Item 2: 2.000 unidades de máscara de proteção fácil, em tecido duplo 100% algodão, lavável Valor Unitário: Item 1: R\$ 1,99 Item 2: R\$ 6.00 Valor Total: R\$ 19.960,00 Celebração: 16/04/2020 Vigência: entrega imediata</p>	<table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>ESPECIFICAÇÃO</th><th>UNIDADE</th><th>QUANTIDADE</th><th>VALOR UNITÁRIO ESTIMADO</th><th>VALOR TOTAL ESTIMADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Máscara cirúrgica retangular, confeccionada com tripla proteção, com eficiência de filtragem bacteriana (EFB) maior que 95%, fibras sintéticas hipoalérgicas. Ajusta-se à face com elástico e grampo para ajuste nasal. Rápida colocação e remoção</td><td>UNIDADE</td><td>4000</td><td>1,99</td><td>R\$ 7.960,00</td></tr></tbody></table>	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	1	Máscara cirúrgica retangular, confeccionada com tripla proteção, com eficiência de filtragem bacteriana (EFB) maior que 95%, fibras sintéticas hipoalérgicas. Ajusta-se à face com elástico e grampo para ajuste nasal. Rápida colocação e remoção	UNIDADE	4000	1,99	R\$ 7.960,00
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO								
1	Máscara cirúrgica retangular, confeccionada com tripla proteção, com eficiência de filtragem bacteriana (EFB) maior que 95%, fibras sintéticas hipoalérgicas. Ajusta-se à face com elástico e grampo para ajuste nasal. Rápida colocação e remoção	UNIDADE	4000	1,99	R\$ 7.960,00								



**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA PROCURADORIA**

<p>12</p>	<p>Órgão: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ Instrumento Contratual: NOTA DE EMPENHO 2020NE00561 - TERMO DE REFERÊNCIA - MAPA DE PREÇOS Processo: 00097-00005194/2020-79 Contratado: BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 28.345.933/0001-30 Objeto: Máscaras Quantidade: 2.400 unidades Valor Unitário: R\$ 10,62 Valor Total: R\$ 25.488,00 Celebração: 25/05/2020 Vigência: pronta entrega (15 dias) Fonte: 220</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>ESPECIFICAÇÃO</th> <th>UNID.</th> <th>QTD.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td> <p>MÁSCARA SINFACIAL DESCARTÁVEL: Respirador descartável de um tipo peça descartável filtrante para partículas classe PFF2-E ou PFF3, para a proteção da via respiratória do usuário contra poeira, névoas, fumaça e micro-organismos contendo agentes biológicos potencialmente patogênicos. Forma de confeção com secção dobrável para proteção da ventilação.</p> <p>II - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</p> <p>I. CONJUNTO: Corpo confeccionado em material não tecido de fibra (frontal) costurada em volta elástica em todo o perímetro, fechada em carga elástica permanente. Na parte superior encontra-se uma tira de material descartável, utilizada para ajuste ao topo nasal. Não laterais, reservando para fixação de tiras elásticas para fixação de máscara na cabeça do usuário.</p> <p>2. CAPACIDADE DE FILTRAGEM: Possuir eficiência mínima de 94% de retenção, e penetração máxima de 6%, devendo atender:</p> <p>a) Partículas vegetais - algodão, flocos de celulose, celulose, celulose vegetal, grãos e sementes;</p> <p>b) Partículas minerais - sílica, sílica, amianto, carvão mineral, negro de fumo, bauxita, cálcio, coque, fibra de vidro, ferro, alumínio, grafite, cobre, zinco, mangânio e outros similares;</p> <p>c) Aerossóis - Névoas aquosas de substâncias inorgânicas, névoas de ácido sulfúrico, névoas de ácido clorídrico, névoas orgânicas biológicas (coliformes, estafilococos, filamentosos) entre outros.</p> <p>3. RESISTÊNCIA AO TIPO DE AEROSSOL: 3 - Resistência a aerosóis à base de água com capacidade de reter partículas sólidas e líquidas à base de água.</p> <p>4. TIPO DE FIXAÇÃO: Tira composta em material elástico, sendo um lateral da cabeça, com pontos de fixação para ajuste da máscara à cabeça do usuário.</p> <p>III - TEMPO DE USO: A máscara pode ser utilizada pelo mesmo usuário enquanto permanecer em boas condições de uso (sem ventilação natural e seminais de danos físicos) e não estiver sujeita a contaminação por fluidos corporais. O material inadequado, contaminado, pode transportar patógenos da superfície externa da máscara para a parte interna, incluindo a vida útil da máscara.</p> <p>IV - LOGOTIPO Não há.</p> <p>V - DOCUMENTAÇÃO OBRIGATORIA Catálogo, com todas as características técnicas do produto, em material permanente identificado do fabricante, Certificado de Aprovação - C.A. e, Laudo de avaliação de conformidade de EPSC ou Anexo do SISMETRO. O fornecedor também deve possuir Registro no Ministério de Saúde ANVISA (RDC 183/2001).</p> </td> <td>UN</td> <td>2400</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD.	1	<p>MÁSCARA SINFACIAL DESCARTÁVEL: Respirador descartável de um tipo peça descartável filtrante para partículas classe PFF2-E ou PFF3, para a proteção da via respiratória do usuário contra poeira, névoas, fumaça e micro-organismos contendo agentes biológicos potencialmente patogênicos. Forma de confeção com secção dobrável para proteção da ventilação.</p> <p>II - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</p> <p>I. CONJUNTO: Corpo confeccionado em material não tecido de fibra (frontal) costurada em volta elástica em todo o perímetro, fechada em carga elástica permanente. Na parte superior encontra-se uma tira de material descartável, utilizada para ajuste ao topo nasal. Não laterais, reservando para fixação de tiras elásticas para fixação de máscara na cabeça do usuário.</p> <p>2. CAPACIDADE DE FILTRAGEM: Possuir eficiência mínima de 94% de retenção, e penetração máxima de 6%, devendo atender:</p> <p>a) Partículas vegetais - algodão, flocos de celulose, celulose, celulose vegetal, grãos e sementes;</p> <p>b) Partículas minerais - sílica, sílica, amianto, carvão mineral, negro de fumo, bauxita, cálcio, coque, fibra de vidro, ferro, alumínio, grafite, cobre, zinco, mangânio e outros similares;</p> <p>c) Aerossóis - Névoas aquosas de substâncias inorgânicas, névoas de ácido sulfúrico, névoas de ácido clorídrico, névoas orgânicas biológicas (coliformes, estafilococos, filamentosos) entre outros.</p> <p>3. RESISTÊNCIA AO TIPO DE AEROSSOL: 3 - Resistência a aerosóis à base de água com capacidade de reter partículas sólidas e líquidas à base de água.</p> <p>4. TIPO DE FIXAÇÃO: Tira composta em material elástico, sendo um lateral da cabeça, com pontos de fixação para ajuste da máscara à cabeça do usuário.</p> <p>III - TEMPO DE USO: A máscara pode ser utilizada pelo mesmo usuário enquanto permanecer em boas condições de uso (sem ventilação natural e seminais de danos físicos) e não estiver sujeita a contaminação por fluidos corporais. O material inadequado, contaminado, pode transportar patógenos da superfície externa da máscara para a parte interna, incluindo a vida útil da máscara.</p> <p>IV - LOGOTIPO Não há.</p> <p>V - DOCUMENTAÇÃO OBRIGATORIA Catálogo, com todas as características técnicas do produto, em material permanente identificado do fabricante, Certificado de Aprovação - C.A. e, Laudo de avaliação de conformidade de EPSC ou Anexo do SISMETRO. O fornecedor também deve possuir Registro no Ministério de Saúde ANVISA (RDC 183/2001).</p>	UN	2400		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD.									
1	<p>MÁSCARA SINFACIAL DESCARTÁVEL: Respirador descartável de um tipo peça descartável filtrante para partículas classe PFF2-E ou PFF3, para a proteção da via respiratória do usuário contra poeira, névoas, fumaça e micro-organismos contendo agentes biológicos potencialmente patogênicos. Forma de confeção com secção dobrável para proteção da ventilação.</p> <p>II - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</p> <p>I. CONJUNTO: Corpo confeccionado em material não tecido de fibra (frontal) costurada em volta elástica em todo o perímetro, fechada em carga elástica permanente. Na parte superior encontra-se uma tira de material descartável, utilizada para ajuste ao topo nasal. Não laterais, reservando para fixação de tiras elásticas para fixação de máscara na cabeça do usuário.</p> <p>2. CAPACIDADE DE FILTRAGEM: Possuir eficiência mínima de 94% de retenção, e penetração máxima de 6%, devendo atender:</p> <p>a) Partículas vegetais - algodão, flocos de celulose, celulose, celulose vegetal, grãos e sementes;</p> <p>b) Partículas minerais - sílica, sílica, amianto, carvão mineral, negro de fumo, bauxita, cálcio, coque, fibra de vidro, ferro, alumínio, grafite, cobre, zinco, mangânio e outros similares;</p> <p>c) Aerossóis - Névoas aquosas de substâncias inorgânicas, névoas de ácido sulfúrico, névoas de ácido clorídrico, névoas orgânicas biológicas (coliformes, estafilococos, filamentosos) entre outros.</p> <p>3. RESISTÊNCIA AO TIPO DE AEROSSOL: 3 - Resistência a aerosóis à base de água com capacidade de reter partículas sólidas e líquidas à base de água.</p> <p>4. TIPO DE FIXAÇÃO: Tira composta em material elástico, sendo um lateral da cabeça, com pontos de fixação para ajuste da máscara à cabeça do usuário.</p> <p>III - TEMPO DE USO: A máscara pode ser utilizada pelo mesmo usuário enquanto permanecer em boas condições de uso (sem ventilação natural e seminais de danos físicos) e não estiver sujeita a contaminação por fluidos corporais. O material inadequado, contaminado, pode transportar patógenos da superfície externa da máscara para a parte interna, incluindo a vida útil da máscara.</p> <p>IV - LOGOTIPO Não há.</p> <p>V - DOCUMENTAÇÃO OBRIGATORIA Catálogo, com todas as características técnicas do produto, em material permanente identificado do fabricante, Certificado de Aprovação - C.A. e, Laudo de avaliação de conformidade de EPSC ou Anexo do SISMETRO. O fornecedor também deve possuir Registro no Ministério de Saúde ANVISA (RDC 183/2001).</p>	UN	2400									
<p>13</p>	<p>Órgão: IPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL Instrumento Contratual: NOTA DE EMPENHO 2020NE00154 - TERMO DE REFERÊNCIA - MAPA DE PREÇOS Processo: 00413-00001337/2020-99 Contratado: MARINGÁ HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS CNPJ 07.396.733/0001-36 Objeto: AQUISIÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO HOSPITALAR DESCARTÁVEL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL-IPREV/DF, NA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO E COMBATE DO SURTO DE PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19). Quantidade: 10.000 Valor Unitário: R\$ 2,40 Valor Total: R\$ 24.000,00 Celebração: 04/06/2020 Vigência: 10 DIAS Fonte: 280</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Qtd.</th> <th>Unidade de Fornecimento</th> <th>Especificações mínimas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Máscara de Proteção Hospitalar Descartável</td> <td>100</td> <td>Caixa/pacote com 200 unidades cada</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Máscara de Proteção Hospitalar Descartável, em TNT, com tampa descartável, com pregos horizontais, at- fixação com elástico, com tampa nasal, não estéril, hiperalérgica, preferencialmente na cor branca, 17cmx17cm. Unidade de fornecimento: caixa/pacote com 200 unidades cada. </td> </tr> </tbody> </table>	Item	Descrição	Qtd.	Unidade de Fornecimento	Especificações mínimas	01	Máscara de Proteção Hospitalar Descartável	100	Caixa/pacote com 200 unidades cada	<ul style="list-style-type: none"> Máscara de Proteção Hospitalar Descartável, em TNT, com tampa descartável, com pregos horizontais, at- fixação com elástico, com tampa nasal, não estéril, hiperalérgica, preferencialmente na cor branca, 17cmx17cm. Unidade de fornecimento: caixa/pacote com 200 unidades cada.
Item	Descrição	Qtd.	Unidade de Fornecimento	Especificações mínimas								
01	Máscara de Proteção Hospitalar Descartável	100	Caixa/pacote com 200 unidades cada	<ul style="list-style-type: none"> Máscara de Proteção Hospitalar Descartável, em TNT, com tampa descartável, com pregos horizontais, at- fixação com elástico, com tampa nasal, não estéril, hiperalérgica, preferencialmente na cor branca, 17cmx17cm. Unidade de fornecimento: caixa/pacote com 200 unidades cada. 								
<p>14</p>	<p>Órgão: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA Instrumento Contratual: Contrato nº 014/2020 – NCC/CODAG/FHB - TERMO DE REFERÊNCIA - MAPA DE PREÇOS Processo: 00063-00002004/2020-86 Contratado: MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI</p>	<table border="1"> <tr> <td>Especificação do material:</td> <td>Máscara em tecido não tecido (TNT) à base de polipropileno, em três camadas, com elemento filtrante e eficiência superior a 95% para partículas de 3,2 µm, elipe nasal embutido não perfurante, elástico ou tira bilateral. Tamanho: mínimo 17cmx17cm aberta. Processo de esterilização: não estéril. Forma de apresentação: Unidade (UN).</td> </tr> </table>	Especificação do material:	Máscara em tecido não tecido (TNT) à base de polipropileno, em três camadas, com elemento filtrante e eficiência superior a 95% para partículas de 3,2 µm, elipe nasal embutido não perfurante, elástico ou tira bilateral. Tamanho: mínimo 17cmx17cm aberta. Processo de esterilização: não estéril. Forma de apresentação: Unidade (UN).								
Especificação do material:	Máscara em tecido não tecido (TNT) à base de polipropileno, em três camadas, com elemento filtrante e eficiência superior a 95% para partículas de 3,2 µm, elipe nasal embutido não perfurante, elástico ou tira bilateral. Tamanho: mínimo 17cmx17cm aberta. Processo de esterilização: não estéril. Forma de apresentação: Unidade (UN).											



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA PROCURADORIA

<p>CNPJ 07.396.733/0001-36 Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA FRENTE À ATUAL SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA E PANDEMIA DECLARADA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS), EM DECORRÊNCIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) Quantidade: 64.064 unidades Valor Unitário: R\$ 2,40 Valor Total: R\$ 153.753,60 Celebração: 14/05/202 Vigência: até 06 (seis) meses Fonte: 138003467</p>	
---	--

EMPRESAS

- BELCHER FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA (PR)
- MULTILASER INDUSTRIAL LTDA (SP)
- **TECHMEDICAL IMPORTAÇÕES E COMERCIO LTDA** (MG)
- JEB **COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS** EIRELI (DF)
- BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA (SP)
- MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI (PR)
- QUALIFIX **COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS** EIRELI (DF)
- EJM MEDSERVICE (SP)
- RESGATÉCNICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI (BH)
- MÁXIMA **INDÚSTRIA DE EMBALAGENS** EIRELI (RS)
- FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL – FUNAP-DF.
- PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (DF)
- DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA-ME (RJ)